

POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno vedoucího práce: Mgr. Miroslava Jalovcová
Jméno diplomanta: Vendula Kamenčáková
Jméno oponenta práce: Prim. MUDr. Hana Jarošová
Název diplomové práce:

Fyzioterapie po totální endoprotéza kolenního kloubu

Cíl práce:

Shrnutí teoretických poznatků týkajících se anatomie a biomechaniky kolenního kloubu a dále postupů provedení terapie po implantaci totální endoprotézy kolenního kloubu. Aplikace teoretických znalostí v praxi.

1. Rozsah:

* stran textu	55
* literárních pramenů (cizojazyčných)	3
* tabulky, grafy, přílohy	4

2. Náročnost tématu na:

	nadprůměrné	průměrné	podprůměrné
* teoretické znalosti		X	
* vstupní údaje a jejich zpracování	X		
* použité metody		X	

3. Kritéria hodnocení práce:

	stupeň hodnocení			
	výborně	velmi dobře	vyhovující	nevyhovující
stupeň splnění cíle práce		X		
<i>shrnutí teoret. poznatků výborné, teoret. poznatky aplikovány v praxi</i>				
rozsah zpracování tématu			X	
<i>krátké zpracování tématu, dostačující</i>				
logická stavba práce		X		
				<i>krátké zpracování tématu, dostačující</i>
práce s literaturou včetně citací			X	
<i>citace - odkazy na literaturu v textu chybí, literatura bohatá, též internetová, poznatky z literatury nepřenesl do textu</i>				
adekvátnost použitých metod		X		
<i>obvyklá, průměrná</i>				
úprava práce (text, grafy, tabulky)		X		
				<i>s.20 obrácena vzhůru nohama, tabulky na dobré úrovni</i>
stylistická úroveň		X		
<i>nejednotnost nomenklatury: ischiocrurální svaly X hemstringy, překlady minimální</i>				

4. Využitelnost výsledků práce v praxi:

průměrná

5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:

Diplomantka nemá stále jasno ve fyzikální terapii, týkající se zvl. elektrolyčby a ultrazvuku. Doplnila fototerapii, vyřadila obsolentní metody, avšak doporučuje distanční elektrolyčebné procedury obecně - nelze zde souhlasit, neboť prohřívají tkáň a tak jsou po operacích aloplastik kontraindikovány, stejně jako aplikace ultrazvuku, kterou má sice správně zařazenu mezi mechanoterapii, ale je z téhož důvodu - prohřátí tkáně cca 5 cm do hloubky kontraindikován po aplikaci aloplastik - závažná chyba. Správně udává užití magnetoterapie, neboť dnes vysoké procento materiálů pro TEP je právě diamagnetické a magnetoterapie na urychlení hojivého procesu je aplikována již na ortopedických odděleních v časně fázi pooperační. Lokální negativní termoterapie je užitá správně.

6. Doporučení práce k obhajobě:

ANO

7. Navržený klasifikační stupeň

vyhovující

datum: 17.9.2008

podpis