

Tato práce se zabývá testováním základních parametrů bezkontaktního vodivostního detektoru pro kapilární elektroforézu. Snahou bylo najít oblast, kde závislost výsledného signálu na koncentraci je lineární, určit hranici citlivosti detektoru a ověření, zda je detektor schopen poskytovat reprodukovatelné výsledky.